



□ 超純水 尿素の検出

超純水末端においてTOC濃度が上昇したため調査したところ、NOM以外のピーク(A,B,C)が検出されました。これらは、窒素を含む化合物です。

尿素標準液のピーク位置(最下段)より、ピークBは尿素と同定されました。

LC-OCD APPLICATION